

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/2424-3

Датум: 20.07.2016 године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-4/2016 “Стоматолошки потрошни материјал”:**

Питање заинтересованог лица:

Наиме у техничкој спецификацији за све партије се не наводи јединица мере , већ начин паковања , а цена треба да се изрази по јединици мере!? Наčin паковања никакo не може бити јединица мере. Молимо Вас да извршите исправку наведеног.

Сем тога навођењем тачног и одређеног паковања се сугерише на један једини тако дефинисани производ што је грубо кршење закона о јавним набавкама. Далје у називу артикла се наводи тачан и конкретан хемијски састав одређеног производа који одговара такође само једном препарату. Пример партија 14. , ставке 3,4,5,6,7,10, 14. Напомињемо да на тржишту постоје препарати , који минимално одступају од захебаног хемијског састава али у потпуности одговарају траженој индикацији. Овим се грубо нарушава Закон о јавним набавкама члан 10 и 12.

У партији 7., ставка 1. Траже се лентуло спирале величине 15-40, дужине 21mm I 28mm. Лентуле су у паковањима 25-40 , а стандардна дужина је 25mm. Молимо стручну комисију да провери тражени опис за лентуле и у складу с тим измени опис траженог инструмента. Такође у 7. Партији, ставка 3 и 4 траже се ендодонтске игле величине од 15 до 50. Такво паковање не постоји, ендодонтске игле су паковане у величинама од 15 до 40 или 45 до 80. Молимо Вас да исправите опсег величине.

У партији 8. ставке 5 и 6 траже се карбидни прођуђени бorer за насадник. Молимо Вас да проверите да ли се заиста тражи ПРОДУЖЕНИ карбидни бorer за насадник и за коју намену или се ипак мислили на карбидни бorer стандарних димензија?

У конкурсној документацији стоји захтев наручиоца : достављање узорака за све партије и ставке и то у оригиналном паковању који ће бити испитани непосредно у пракси. Поставља се питање оправданости и економичности целог поступка. С обзиром да се ради о 27 партија и великог броја ставки , односно препарата у оквиру њих , достављање узорака има велику финансијску вредност. Нисте навели да ли се узорци враћају понуђачина са којима се не закључи уговор за конкретну партију или падају на трошак наручиоца. Али пошто је већина препарата у паковањима типа сета и комплекта , такви узорци после испитивања од стране Ваше стручне комисије не би могли далје да се користе, односно нема сврсисходности враћање узорака. Такви узорци морали би бити фактурисани наручиоцу. За партије 9. и 10. траже се узорци за анестетике. Напомињемо стручну комисију да сви анестетички имају посебан протокол складиштења и дистрибуције , тако да нема још једне оправданости достављања узорака. Стога молимо стручну комисију да преиспита наше примедбе и евентуално измени овај захтев и на тај начин омогући учествовање већег броја понуђача и учини поступак законитим.

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број:03/2424-4

Датум: 22.07.2016 године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-4/2016 “Стоматолошки потрошни материјал”:**

Одговор заинтересованом лицу:

Колона „начин паковања“ мења се и гласи „јединица мере“

Партија 14- Приликом припреме конкурсне документације, односно техничке спецификације, комисија се руководила својим објективним потребама, искуством из праксе и делатношћу установе и самим тим су дате детаљније карактеристике (чл.70.ЗЈН)

Обавеза Наручиоца је да води рачуна о економичности и ефикасности, да даје квалитет пацијентима са гаранцијом, па сходно томе морамо се придржавати захтеваног квалитета.

Нпр. ставке 3 и 4 – приликом загревања мање дебљине описани материјал је мање кртости, плоче пуцају па се повећава утросак материјала и мања је еластичност.

Нпр.ставка 5 – у описаном материјалу мања количина парафина повећава еластичност а већи проценат парафина смањује.

Нпр.ставка 6 – у описаном материјалу састав скраћује време израда мобилних протетских радова и ове компоненте не утичу на порозност протетског рада.

Нпр. ставка 7 – описани материјал дозвољава рад на врућем моделу што скраћује време израде протетског рада.

Нпр. ставка 10 – описани материјал који се користи за препаратуру протеза омогућава прецизност доброг пријањања поломљених делова протеза тј. добро се лепи и скраћује време израде репаратуре протезе.

Нпр.ставка 14 – описани материјал има размазни слој минималне дебљине ( до 0,25микромилиметара) који омогућава прецизност у цементирању фиксних протетских радова.

Партија 7 – ставка 1 – Лентуле величине 25-40, дужине 21 25 и 29мм

Партија 7 – ставка 3 и 4 – Ендодонске игле у величинама од 15 до 40

Партија 8 – ставке 5 и 6 – Извршена је измена КД, обрисана је реч „Продужени“.

Наручилац остаје при ставу да је потребно доставити све тражене узорке у оригиналном паковању са видном декларацијом или пратећом документацијом за сваки производ.

Сви узорци ће бити враћени без отварања и испитивања осим изабраног понуђача.

Узорци изабраног понуђача се задржавају као еталон при испоруци.

Наручилац ће узорак платити изабраном понуђачу.

Комисија за ЈН 16-4/2016