

Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/2212  
Датум: 16.07.2018. године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме, обликована по партијама:**

**Питање заинтересованог лица:**

У конкурсној документацији за јн 16-1.1.18/2018 у тачки 9.1 је наведена карактеристика „Термални штампач са аутоматским секачем“.

С обзиром да је у практичном раду доктора најбитније да апарат има штампач како би имао одштампане резултате мерења, а у складу са начелом конкуренције Закона о јавним набавкама, указујемо вам да је потребно изменити дату карактеристику на „Термални штампач са аутоматским секачем“ како би се омогућило учешће већег броја понуђача апарата и са много бољим карактеристикама од наведених у конкурсној документацији.

У тачки 10.1 Максимум 5 кг, поставља се питање, с обзиром да се ради о апаратима који немају велику тежину, да ли је могуће понудити апарат који има тежину 5,5кг?  
Ова незнатна разлика у тежини апарата у пракси не представља проблем за његово преношење са једног на друго место, те сматрамо да би требало да се измени конкурсна документација и да се на тај начин омогући учешће већег броја понуђача.

Број:03/2212-2  
Датум: 19.07.2018. године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме, обликована по партијама::**

**Одговор заинтересованом лицу:**

1. Наручилац прихвата и „Термални штампач са аутоматским секачем“ и „Термални штампач са секачем“.
2. Прихватљива је и тежина апарата 5,5кг.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН 16-1.1.18/2018