

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/3281

Датум: 19.11.2019. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 20-1.1.2/2019 „Санитетски потрошни материјал“:

Питање заинтересованог лица:

Обраћамо Вам се овим путем на основу члана 63 Став 2 Закона о јавним набавкама у вези са припремањем понуде за ЈН 20-1.1.2/2019 и захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације.

Питање 1

Партија 2: ставке 2-7

Да ли ће наша понуда бити одбијена ако понудимо калико завоје са обострано утканим ивицама густине ткања 24 niti/cm2 израђене по стандарду PH JUG IV.

На постављено питање једног од понуђача за партију 2 – ставке 2-7 одговором од 31.10.2019. под бројем 03/3068 навели сте да је према важећој фармакопеји Ph Jug IV захтевана густина ткања 24 niti/cm2. Ваши докази које сте навели да су плетени завоји квалитетнији, чвршћи и да стварају бољу компресију морате по закону о јавним набавкама доказати техничким лабораторијским налазом а не описно и субјективно јер закон такву категорију доказа не признаје као релевантну чињеницу и не признаје је као аргумент у поступку јавне набавке. Фармакопеја, у овом случају, поставља егзактне захтеве који и служе да би се поштовали и били гарант степена границе квалитета којом се гарантује сигурност превијања за шта је производ и намењен. У случају као што сте ви навели у обавези сте да специфичне артикле издвојите у посебну партију како би поступили по закону и не би фаворизовали понуђаче који нуде један једини регистровани производ на тржишту и тако блокирају остале понуђаче или да решите питање једноставним и логичним одобравањем еквивалента. У случају да не поступите по захтевима које дефинише ЗЈН и Закон о одбравању и пуштању робе у промет бићемо принуђени да уложимо захтев за заштиту права код Управе за јавне набавке Р. Србије.

Питање 2

Партија 2: ставка 13

Да ли ће наша понуда бити одбијена ако понудимо Вазелинску газу регистровану као медицинско средство класе II b.

На постављено питање једног од понуђача за партију 2 за ставку 13 одговором од 31.10.2019. под бројем 03/3068, аргумент који сте навели није у колерацији са свакодневном медицинском праксом, будући да се пацијенти након отпуштања из установа секундарног и терцијалног типа као и пацијенти који затраже помоћ директно у домовима здравља лече са истом вазелинском газом а не са газом која је подељена и класификована као вазелинска газа за ДОМ ЗДРАВЉА и вазелинска газа за СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ. У том случају би ALIMS дао другачије мишљење које сте имали прилике да прочитате а и овога пута вам **шаљемо у прилогу уколико нисте прочитали мишљење.**

Аргумент да је вазелинска газа коју наручујете исплативија за установу није аргумент. То је ваша претпоставка а након прегледа понуда и на основу задатог критеријума за оцењивање понуда имаћете прилику да елиминишете понуду која превазилази процењену вредност расписане јавне набавке за партију 2.

Прилог: мишљење АЛИМС-а

Питање 3

Партија 2: ставка 11,12

Будући да сте остали при захтеву из конкурсне документације желимо да вас обавестимо да смо у могућности да испунимо ваш захтев на начин да ћемо за ставку 11 испоручивати паковање са 3 стери стип фластера укупно 150 кесица и за ставку 12 испоручивати паковање са 10 стери стрип фластера укупно 150 кесица што ће задовољити ваше потребе и стандарде које сте изразили кроз јединицу мере кесица јер ћете добити и више појединачних фластера за ставку 12, **али тачан број тражених комада по траженој јединици мере чиме је испуњен ваш захтев.**

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број:03/3281 -2

Датум: 20.11.2019. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 20-1.1.2/2019 „Санитетски потрошни материјал“:

Одговор заинтересованом лицу:

Партија 2, ставке 2-7

Поступајући по захтеву заинтересованог понуђача, наручилац у поступку јавне набавке даје додатно појашњење и одговор на постављено питање:

Приликом одређивања техничке спецификације за калико завоје имали смо у виду и закључак независне лабораторије као меродаване институције, која је такође завоје који су израђени техником плетења са 48 петљи на см² са утканим рубовима одредила као завоје са већом чврстином у односу на завоје добијене техником ткања, а што се и потврдило из нашег искуства у претходном периоду.

Наручилац у сваком појединачном случају, приликом обликовања појединих јавних набавки процењује да ли припадност одређеној групи или подгрупи у општем речнику набавки значи један или више предмета набавке, водећи нарочито рачуна да се ради о истоврсним добрима. У конкретном случају када је у питању партија 2 ради се о санитетском завојном материјалу односно о добрима која имају иста својства и припадају истој групи добара, те су обједињена у једну целину/партију. Наручилац је предмет јавне набавке обликовао на начин који највише одговара захтевима његових крајњих корисника у смислу члана 3.став 1.тачка 35.Закона о јавним набавкама.

Понуђач који подноси понуду није у обавези да буде носилац решења дозволе о упису медицинског средства у регистар. Носилац дозволе може да изда овлашћење за учешће у јавној набавци свим заинтересованим понуђачима.

За захтевана добра која су предмет набавке заинтересовани понуђач може у складу са чланом 81.3ЈН подношењем заједничке понуде да испуни услове предмета јавне набавке уколико неку ставку у техничкој спецификацији не може самостално да понуди.

Имајући у виду наведено наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Партија 2 ставка 13

Уважавајући мишљење АлиМС које сте нам доставили, као и да АЛиМС не искључује из промета вазелинску газу класе Is односно препознаје вазелинску газу класе IIb и класе Is, као и у складу са својим потребама и могућностима определили смо се за вазелинску газу класе Is која према својим својствима задовољава потребе наших пацијената на нивоу примарне заштите. Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Партија 2 ставке 11 и 12

Наручилац још једном напомиње да је дао одговор који може да испуни паковање неколико произвођача, имајући у виду да се ради о стерилном паковању, тражили смо Steri strip trakice за zatvaranje rana 6x75mm 1/3 i Steri strip trakice за zatvaranje rana 6x100mm 1/5 , јединица мере кесица подразумева стерилно паковање од 3 трачице односно 5 трачица. Такође је омогућено да се понуде и Steri strip тракице за затварање рана са 6x100mm 1/5 , јединица мере кесица подразумева стерилно паковање од 3 трачице односно 5 трачица. Такође је омогућено да се понуде и Steri strip тракице за затварање рана са траженим одступањем у погледу дужине од 1mm. Имајући у виду наведено наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Комисија за ЈН 20-1.1.2/2019