

Наручилац: Дом здравља „Земун“
 Број: 03/2373-3
 Датум: 02.08.2018. године.

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 “ „Набавка медицинске опреме“, обликована по партијама:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници.

1. Наручилац је у партији 3 –Фокометар навео:

Партија 3 - Фокометар

Минимално захтеване техничке карактеристике производа		Испуњава услове	
		да	не
	FOKOMETAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Merenje refrakcije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1	Sfera -25-+25D (O.OI/0.12/0.25D Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Cilindar 0-±IOD (0.0I/0.12/0.25D Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Ugao ose (A) o-Iso·(1• Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Dodavanje 0-±IOD (O.OI/0.12/0.25D korak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	ADDL ADD2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Prizma 0-10Δ (0.01/0.12/0.25Δ Korak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Talasna dužina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Svetlo merenja 525mm (Zeleno)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	UV svetlo 375mm (UV-A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	UV Merenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	0-100% 5% Korak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	PD Merenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	45-85mm 0.5mm Step	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sočivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1	Sočivo naočara, Tvrdо/meko kontaktno sočivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Veličina sočiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	MaxqllOOmm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Monitor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	5.7inch TFT VGA (640X480) Color LCD Tilt MaxS0°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Obeležavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Belo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.	Štampač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	Termalni štampač sa automatskim sekačem ili Termalni štampač sa sekačem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Težina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1	Maksimum 5,5 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1	RS232C interfejs 9 pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Napon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1	100-240V 50/60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Potrošnja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1	40VA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***Комисија врши измену која сада гласи:**

Минимално захтеване техничке карактеристике производа		Испуњава услове	
		да	не
	FOKOMETAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Merenje refrakcije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1	Sfera -25+25D (0.01/0.12/0.25D Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Cilindar 0±10D (0.01/0.12/0.25D Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Ugao ose (A) 0-1so·(1• Step)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Dodavanje 0±10D (0.01/0.12/0.25D korak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	ADD1, ADD2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Prizma 0-10Δ (0.01/0.12/0.25Δ Korak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Talasna dužina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Svetlo merenja 525mm (Zeleno)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	UV svetlo 375mm (UV-A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	UV Merenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	0-100% 5% Korak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	PD Merenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	45-85mm 0.5mm Step	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sočivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1	Sočivo naočara, Tvrdo/meko kontaktno sočivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Veličina sočiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.1	maxØ100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Monitor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	5.7inch TFT VGA (640X480) Color LCD Tilt MaxS0°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Obeležavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Belo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Štampač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	Termalni štampač sa automatskim sekačem ili Termalni štampač sa sekačem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Težina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1	Maksimum 5,5 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1	RS232C interfejs 9 pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Napon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1	100-240V 50/60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Potrošnja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1	40VA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Комисија за ЈН 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме“, обликована по партијама: