

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

Рада Кончара 46

Датум: 18.08.2014.

Број: 03/2395

На основу члана 64 и члана 54 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 124/2012) комисија сачињава:

### **ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

За јавну набавку добара – „Куповина медицинске опреме“, број 13/2014

У СЛЕДЕЋЕМ:

- **На страни 31 ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ БРИШЕ СЕ :**
  - Писмо о намерама банке да понуђачу изда банкарску гаранцију, које су тражене у делу конкурсне документације“Упутство понуђачима како да сачине понуду“

---

### **На страни 24 ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ**

R.br.1 Biomikroskop sa instrument stolom digitalnim aplanacionim tonometrom i sočivima po Goldmanu

#### **МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

R.br.1 Biomikroskop sa instrument stolom digitalnim aplanacionim tonometrom i sočivima po Goldmanu

- stereomikroskop pod uglom od 13 stepeni

- LED izvor svetla

- uvećanje 6,3x do 10x

- podesiva interpupilarna distanca u opsegu od 54 do 94 mm

- aperture prečnika 8,5,3,2,1,i 0,2 mm

- inklinacija: horizontalno +-90 stepeni vertikalno 0-20 stepeni

- filteri: sivi, crveni i plavi

- slit 0-8 mm, kontinualno
  - pomeranje baze instrumenata pomoću džojstika po 3 ose, dubini(80 mm), visini(30 mm) i širini(100 mm)
  - apsorpcija toplote i UV zračenja
  - test oznaka – fiksaciona zvezda ili slično
  - aplanacioni tonometar tipa „R“ sa montažom na glavu mikroskopa; opseg merenja od 0-80mm Hg
  - balansirajući mehanicki instrument sto
  - sočiva po Goldmanu komada 2 za dijagnostiku fundusa i gonioskopiju, sa 3 ogledala
- 

R.br.2 Set probnih sočiva 232

**МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

R.br.2 Set probnih sočiva 232, plastični okvir u kaseti, bez probnog okvira

---

**На страни 37 ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ**

R.br.1 Biomikroskop sa instrument stolom digitalnim aplanacionim tonometrom i sočivima po Goldmanu

**МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

R.br.1 Biomikroskop sa instrument stolom digitalnim aplanacionim tonometrom i sočivima po Goldmanu

- stereomikroskop pod uglom od 13 stepeni
- LED izvor svetla
- uvećanje 6,3x do 10x
- podesiva interpupilarna distanca u opsegu od 54 do 94 mm
- aperture prečnika 8,5,3,2,1,i 0,2 mm
- inklinacija: horizontalno +-90 stepeni vertikalno 0-20 stepeni
- filteri: sivi, crveni i plavi
- slit 0-8 mm, kontinualno
- pomeranje baze instrumenata pomoću džojstika po 3 ose, dubini(80 mm), visini(30 mm) i širini(100 mm)

- apsorpcija toplote i UV zračenja
  - test oznaka – fiksaciona zvezda ili slično
  - aplanacioni tonometar tipa „R“ sa montažom na glavu mikroskopa; opseg merenja od 0-80mm Hg
  - balansirajući mehanicki instrument sto
  - sočiva po Goldmanu komada 2 za dijagnostiku fundusa i gonioskopiju, sa 3 ogledala
- 

R.br.2 Set probnih sočiva 232

**МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

R.br.2 Set probnih sočiva 232, plastični okvir u kaseti, bez probnog okvira

---

**Komisija za JN 13/2014.**