

DOM ZDRAVLJA „ZEMUN“
Rada Končara 46
03 Broj: 2565
Datum: 29.08.2014.god.

Na osnovu člana 64 i člana 54 Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik 124/2012) komisija sačinjava:

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Za javnu nabavku dobara – „Kupovina medicinske opreme“, broj 13/2014

U SLEDEĆEM:

Na strani 14 konkursne dokumentacije pod brojem 3. 18 reference

Za reference ponuđača potrebno je da ponuđač dostavi popunjen, potpisan i overen obrazac (obraci za reference), koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Ponuđač dostavlja izjavu sa nabrojenim referencama i uz istu prilaže potvrde ustanova koje su u prethodnih 5 godina kupile tražene aparate u slobodnoj formi.

Na strani 21 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

R.br.3 Strunjače

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

R.br. 3. Strunjače dodaje se

Potrebno je ponuditi strunjaču minimalnih dimanzija 100 x 200 x 3 cm

Na strani 22 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 11. Aparat za elektrostimulaciju

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 11. Aparat za elektrostimulaciju dodaje se

-Aparat za elektrostimulaciju asimetričnom i simetričnom strujom

- 4 odvojena kanala za elektrostimulaciju
- Faza trajanja impulsa 10-100ns
- Impulsna frekvencija 1-200Hz
- Frekvencijska modulacija 0-180 Hz
- Minimum 35memorisanih progaramabilnih protokola
- Slobodne programabilnia memorija za terapijske protokole
- Napajanje 230V 50-60 Hz

Na strani 23 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 12. Aparat za galvansku struju (elektroforezu)

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 12. Aparat za galvansku struju (elektroforezu) dodaje se

- Galvanska struja
- Podesiva jačina struje od 0-30mA
- Prikaz vremena terapije I intenziteta struje

Na strani 23 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 13. Aparat za interferentne struje i TENS

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 13. Aparat za interferentne struje i TENS dodaje se

- Dvopolarne i četvoropolarne interferentne struje
- Asimetrični i Burs Tens
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.
- Memorisani terapijski protokoli,minimum 10
- Slobodni memorijska mesta, minimum 10

Na strani 23 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 14. Aparat za galvansku struju, dijadinamične struje, ruske struje i TENS

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 14. Aparat za galvansku struju, dijadinamične struje, ruske struje i TENS dodaje se

- Galavanske struje
- Dijadinamičke struje
- Simetrične i asimetrične TENS struje
- Burst TENS
- Bipolarna i klasična interferenca
- Izopolarni i dipol vektor
- Dva odvojena kanala za elektroterapiju, sa odvojenim tajmerima
- Sigurnosni tasteri za nagli prekid terapije
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.
- Memorisani terapijski protokoli,minimum 10
- Slobodni memorijska mesta, minimum 10
- Strujno-baterijsko napajanje, u slučaju gubitka mrežnog napajanja (230V 50-60 Hz) automatsko aktiviranje baterijskog napajanja (12V, 2AH)

Na strani 34 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 3. Strunjače

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 3. Strunjače dodaje se:

Potrebno je ponuditi strunjaču minimalnih dimanzija 100 x 200 x 3 cm

Na strani 35 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 11. Aparat za elektrostimulaciju

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 11. Aparat za elektrostimulaciju dodaje se:

- Aparat za elektrostimulaciju asimetričnom i simetričnom strujom
- 4 odvojena kanala za elektrostimulaciju
- Faza trajanja impulsa 10-100ns
- Impulsna frekvencija 1-200Hz
- Frekvencijska modulacija 0-180 Hz
- Minimum 35 memorisanih programabilnih protokola
- Slobodne programabilna memorija za terapijske protokole
- Napajanje 230V 50-60 Hz

Na strani 35 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 12. Aparat za galvansku struju (elektroforezu)

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 12. Aparat za galvansku struju (elektroforezu) dodaje se:

- Galvanska struja
- Podesiva jačina struje od 0-30mA
- Prikaz vremena terapije i intenziteta struje

Na strani 35 i 36 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 13. Aparat za interferentne struje i TENS

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 13. Aparat za interferentne struje i TENS dodaje se:

- Dvopolarne i četvoropolarne interferentne struje
- Asimetrični i Burs Tens
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.
- Memorisani terapijski protokoli, minimum 10
- Slobodni memorijska mesta, minimum 10

Na strani 36 PARTIJA 1 – OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Red.br. 14. Aparat za galvansku struju, dijadinamične struje i TENS

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Red.br. 14. Aparat za galvansku struju, dijadinamične struje i TENS dodaje se:

- Galavanske struje
- Dijadinamičke struje
- Simetrične i asimetrične TENS struje
- Burst TENS
- Bipolarna i klasična interferenca
- Izopolarni i dipol vektor
- Dva odvejena kanala za elektroterapiju, sa odvojenim tajmerima
- Sigurnosni tasteri za nagli prekid terapije
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.
- Memorisani terapijski protokoli,minimum 10
- Slobodni memorijska mesta, minimum 10
- Strujno-baterijsko napajanje, u slučaju gubitka mrežnog napajanja (230V 50-60 Hz) automatsko aktiviranje baterijskog napajanja (12V, 2AH)

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE 13/2014