

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/1751

Датум: 01.06.2018. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018,„Мамограф дигитални са радном станицом“

Захтев за додатно појашњење заинтересованог лица:

Поштовани,

У конкурсној документацији за јавну набавку набавка медицинске опреме - „Мамограф дигитални са радном станицом“ у отвореном поступку са бројем 09-1.1.18/2018П, на страни 43. конкурсне документације, у одељку III Техничка Документација, постоје разни захтеви о којима имамо недоумице, па би били захвални на одговору:

1. Из наведених спецификација је јасно да Наручиоц тражи дигитални детектор директне технологије. Наиме, директна конверзија X зрака у електрични сигнал смањује шум који настаје услед сцинтилационог слоја. Молимо да нам потврдите, како би припремили прихватљиву понуду.
2. Што се захтева 2.1 тиче, сигурни смо да је податак тражен према ИЕС 60336 стандарду за медицинске рендген цеви. Молим Вас да нам то потврдите.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1751-2
Датум: 01.06.2018. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018,„Мамограф дигитални са радном станицом“

Појашњење заинтересованом лицу:

1. Захтеване техничке карактеристике за флат панел детектор Наручилац је јасно и прецизно специфицирао како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду. Наручилац није захтевао одређену технологију детектора ради омогућења веће конкуренције, те је свака технологија различитих произвођача која испуњава захтеване техничке карактеристике прихватљива за Наручиоца.
2. Технички захтев под рб. 2.1. Цев са 2 фокуса: мали највише 0.1mm, велики најмање 0.3mm Наручилац је дефинисао као јасан и прецизан како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде. Обзиром да су у питању мерљиве физичке величине и да је овакав захтев уобичајен код свих јавних набавки где се су склопу набавке набавља и рендгенска цев, Наручилац није наводио нити захтевао додатне стандарде, те самим тим није захтевано да наведене величине морају бити у складу са одређеним стандардима које примењују различити произвођачи.

Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018