

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/4013

Датум: 07.12.2017. године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017,„Куповина два подна дигитална рендген апарата“:**

Питање заинтересованог лица 1:

Након детаљне анализе конкурсне документације бр. 19-1.1.18/2017 - Куповина два подна дигитална рендген апарата , постављамо Вам следећа питања:

1) Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте техничку карактеристику у оквиру пацијент стола:

-Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 4 осетљива поља

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди

-Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 3 осетљива поља , с обзиром да то неће утицати на функционалност апарата, а обезбедиће већу конкуренцију у предметном поступку јер је код већине светских произвођача стандард да се производи АЕЦ са 3 ћелије.

Како сте за вертикални носач (баки) захтевали да поседује АЕЦ са минимално 3 поља, молимо Вас да наш предлог усвојите и да на исти начин измените захтев по питању пацијент стола, јер нема логичке повезаности у тражењу већег броја АЕЦ поља за пацијент сто него за вертикални носач.

2) Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте следеће за подни носач РТГ цеви:

-Ротација стуба с цеви око вертикалне осе (за снимање пацијената на носилима,/кревету/инвалидским колицима): +/-180 степени

За подни носач РТГ цеви није предвиђена ротација од +/-180 степени, те га водећи светски произвођачи праве са наменом вршења експозиције на пацијент столу и на вертикалном стиву. Имајући у виду сврху подног носача РТГ цеви, молимо вас да захтев у вашој конкурсној документацији измените у:

-Ротација стуба с цеви око вертикалне осе (за снимање пацијената на носилима,/кревету/инвалидским колицима): +/-90 степени

Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/4013-2  
Датум: 11.12.2017. године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017 „Куповина два подна дигитална рендген апарата“:**

Одговор заинтересованом лицу:

1) Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5. тако да сада гласи:

-Аутматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 3 осетљива поља

2) Наручилац остаје при своме захтеву. Наручилац је дана 01.12.2017. године на Порталу управе за јавне набавке и на својој интернет страни објавио Одговор број 03/3877-2, на постављена питања потенцијалног понуђача исте садржине, те молимо потенцијалне понуђаче да редовно прате објаве везане за ову јавну набавку. У циљу транспарентности поступка, понављамо већ објављени одговор:

Обзиром да је корисник опреме радиолошка служба Дома здравља Земун као и Здравствена станица Сурчин, а чије се делатности односе на рад и са специфичним повредма и стањима пацијената, ротација стуба око вертикалне осе омогућава лакше „позиционирање” непокретних пацијената као и могућност снимања у „слободној техници“, односно позиционирања ртг цеви и преносивог жичног или бежичног флет панел детектора ван букија у пацијент столу. Овом ротацијом постиже се могућност снимања пацијената на креветима, колицима или носилима, а све практично без додатних померања пацијента, што свакако доприноси подизању квалитета пружене услуге пацијенту и смањењу утрошка времена у раду. Наручилац не жели да додатно померање пацијента у неким ситуацијама, има утицај на стање пацијента у даљем току лечења или доношење закључка медицинских радника. Набавком РТГ система са овом функционалношћу могу да се избегну овакве компликације, како за пацијента, тако и за особље.

У складу са потребама из медицинске праксе, испитивања тржишта које смо предузели, као и транспарентне компаративности компоненти уређаја, наручилац сматра да треба да остане при дефинисаној ставки у конкурсној документацији. Потпуно смо уверени да је овако исказана потреба наручиоца у складу са основним начелима јавне набавке, пре свега обезбедјивањем конкуренције, а не угрожавајући при томе употребну вредност апарата и квалитет медицинске услуге. Предметни параметар може да испуни више понудјача присутних на тржишту Републике Србије.

Комисија за ЈН 19-1.1.18/2017