

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/4071

Датум: 14.12.2017. године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017,„Куповина два подна дигитална рендген апарата“:**

Питање заинтересованог лица :

Поштовани,

Детаљном анализом конкурсне документације за набавку медицинске опреме Дома здравља Земун, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења, па Вас у складу са чланом 63. Став 2 и Чланом 20. ЗЈН, молимо за исто, везано следеће:

Питање 1.

Усвајањем захтева и предлога измена тендерске документације, која се односи на,

- Могућност аутоматског синхронизованог померања букија са детектором у складу са вертикалним и лонгитудиналним померањем цеви (константни СИД)

- Ауто трецкинг опција где се померањем цеви или буцку-а помера и други део синхроно пратећи део са којим се манипулише

сте онемогућили конкуренцију и дозволили само једном произвођачу да учествује у предметној јавној набавци.

Већина светских произвођача ове захтеве испуњавају са плафонским носачем цеви, али не и са подним носачем као што је захтевано у тендерској документацији.

Сматрамо да горе поменути захтеви, сем што смањују могућност здраве тржишне утакмице, нису примерени примарном нивоу здравствене заштите и далеко превазилази њихове потребе.

Напомињемо да се овакав захтев појавио у процесу Јавне набавке за Општу болницу у Зрењанину, али у том случају није био у својству минималних техничких карактеристика већ је био предмет бодовања и на тај начин омогућило осталим понуђачима, који немају ово решење, да равноправно учествују у јавној набавци.

На основу свега горе наведеног, а у циљу поштовања начела конкуренције, што је један од главних начела Закона о Јавним набавкама, и набавке РТГ уређаја и система који у потпуности одговарају Вашим потребама и нивоу здравствене установе, сматрамо да из захтева треба избацити:

- Могућност аутоматског синхронизованог померања букија са детектором у складу са вертикалним и лонгитудиналним померањем цеви (константни СИД)

- Ауто трецкинг опција где се померањем цеви или буцку-а помера и други део синхроно пратећи део са којим се манипулише

Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/4071-2  
Датум: 14.12.2017. године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017 „Куповина два подна дигитална рендген апарата“:**

Одговор заинтересованом лицу:

Наручилац остaje при своме захтеву. Измена техничке спецификације није прихватљива.

У складу са потребама из медицинске праксе, испитивањима тржишта које смо предузели, као и транспарентне компаративности компоненти уређаја, наручилац сматра да треба да остане при дефинисаним техничким карактеристикама у конкурсној документацији. Потпуно смо уверени да је овако исказана потреба наручиоца у складу са основним начелима јавне набавке, пре свега обезбеђивањем конкуренције, а не угрожавајући при томе употребну вредност апарата и квалитет медицинске услуге. Исказани захтев за набавком дигиталних рендген апарата са моторизованим и ручним кретањем, као и са синхронизацијом и ауто-трекинг опцијом показује јасну жељу наручиоца да кроз овај поступак јавне набавке добије што је могуће бољи и перформантнији уређај. Поменуте карактеристике, како је то подносилац Захтева за појашњење и сам увидео, имају за циљ да подигну квалитет понуђених добара, а самим тим и доприносу подизању квалитета пружене услуге пацијенту и смањењу утрошак времена у раду. Траженим карактеристикама постиже се већа флексибилност и клиничка употребљивост апарата.

Указивање потенцијалног понуђача да је предмет јавне набавке одређен тако да се њиме ограничава конкуренција је неоснован и паушалан, те није поткрепљен конкретним доказима, будући да готово сви произвођачи (најмање осам произвођача који су присутни на територији Републике Србије и регистровани у АЛИМС-у између осталих АГФА, Сименс, GE, Шиматзу, Фуџи, али и Carestream – модел DRX Ascend и Philips) у свом производном програму поседују радиографске уређаје са подним носачем рендгенске цеви и моторизованим и ручним померањима и аутотрекинг опцијом. Наручилац је у складу са чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама, предвидео техничку спецификацију која омогућава да се добро које се набавља опише на начин који је објективан и који одговара потребима корисника.

Наручилац се труди да у оквиру планираних средстава набави опрему оптималног нивоа квалитета (највишу могућу), при томе водећи рачуна да у сваком тренутку поштује начелно конкурентности Закона о јавним набавкама.

Комисија за ЈН 19-1.1.18/2017