

сиНаручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/2327
Датум: 19.06.2015. године.

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за јнмв 06/2015 Набавка медицинске опреме:

1. Питање заинтересованог лица

оштовани,

У складу са конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама члан 63 став 2. овим путем правовремено постављамо питање везано за предметну јавну набавку :

1. У Конкурсној документацији на страни 23/48, партија 2 ЕКГ апарат редни бр.1, као и на стр 35/48 у Техничкој спецификацији за 3-канални ЕКГ апарат стоји: „Унутрашња меморија за минимум 150 ЕКГ-а“

Питање :

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда понуђача који уз апарат који **у саставу своје понуде уз основну јединицу испоручује и опциону SD картицу која меморију проширује на 2 GB** чиме је омогућено меморисање око 2.000 ЕКГ прегледа што далеко превазилази заhtеваних минималних 150 ЕКГ-а?

2. У Конкурсној документацији на страни 24/48, партија 2 ЕКГ апарат редни бр.2, као и на стр 36/48 у Техничкој спецификацији за 6-канални ЕКГ апарат стоји: „Унутрашња меморија за минимум 300 ЕКГ-а“

Питање :

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда понуђача који уз апарат који **у саставу своје понуде уз основну јединицу испоручује и опциону SD картицу која меморију проширује на 2 GB** чиме је омогућено меморисање око 2.000 ЕКГ прегледа што далеко превазилази заhtеваних минималних 300 ЕКГ-а?

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Адреса: Рада Кончара 46
Број: 03/2327-2
Датум: 22.06.2015 године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”)
Комисија за јнмв 06/2015 Набавка медицинске опреме:

Одговор заинтересованом лицу

1. Не, неприхватљиво је, наручилац остаје при тренутно дефинисаној техничкој спецификацији.

Комисија за ЈН 06/2015