

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”)

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

03 Број: 2154, од дана,09.06.2015.год.

Захтев за појашњење везано за конкурсну документацију за ЈН бр. 06/2015 ,

„КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по партијама.

**Питање заинтересованог лица:**

**PREDMET:** Dodatno pojašnjenje u vezi javne nabavke broj JN 06/15, "Kupovina medicinske opreme"

Molimo Vas da nam radi povećanja konkurentnosti i što boljeg izbora aparata za potrebe Vaše ustanove date odgovore na sledeća pitanja vezano za predmetnu javnu nabavku

Na strani 22 / 48, Partija 1, „ Defibrilator“ navedene su tehničke karakteristike koje ponuđeni uređaj mora da zadovolji:

**Stav 1: Poluautomatski eksterni defibrilator**

Pitanje: Da li ponuđeni uređaj mora da poseduje integrisani displej za prikaz instrukcija operateru na Srpskom jeziku i EKG krive

**Stav 4: Energija fiksno 200J prema AMA 2010 za odrasle, za decu 50J.**

Pitanje: Preporuke ERC i ILCORa za bifazne defbrilatore kazu da proizvođači sami preporučuju određene vrednosti energija, a sve u cilju postizanja veće efikasnosti i manjeg ostećenja srčanog mišića.

Predlažemo da stav 4 izmenite tako što će te tražiti vrednosti energije manje ili jednake sa 200J za odrasle i manje ili jednako 50J za decu.

Pošto ste u tehničke karakteristike uvrstili defibrilaciju kod dece, predlažemo Vam da uvrstite karakteristiku da ponuđeni uređaj mora da poseduje automatsko prepoznavanje tipa priključenih elektroda

**Stav 5: Vreme od šoka do šoka manje od 20 sekundi**

Pitanje: Preporuke ERC i ILCORa u postupku reanimacije kažu da nakon isporuke jednog šoka odmah pristupamo kardiopulmonalnoj reanimaciji u trajanju od 2 min. Zbog ovog vreme od šoka do šoka je irelevantno

Da li bi ste prihvatili aparat kod kog je vreme od šoka do šoka 25 sek?

**Stav 6: Praćenje protokola prema glasovnim instrukcijama i preko indikatora**

Pitanje: Da li isporučeni aparat mora da glasovne instrukcije na Srpskom jeziku?

Pitanje Da li bi ste prihvatili aparat koji umesto indikatora instrukcije prikazuje na displeju na Srpskom jeziku?

**Stav 8: Vreme punjenja za isporuku šoka manje od 8 sekundi**

Pitanje: Da li bi ste prihvatili aparat kod kog je vreme punjenja za isporuku šoka 12 sekundi

**Stav 9: Kontrole za šok, info taster on-off taster**

Pitanje: Molimo Vas da pojasnite šta predstavlja info taster?

**Stav 11, podstav 2: Aparat se samoispražnjuje ukoliko: Šok taster ne pritisne u roku od 15 sekundi nakon napunjenosti**

Pitanje: Ovaj podstav se odnosi na bezbedno pražnjenje aparata u slučaju da je ritam srca unesrećenog promenio svoj oblik. Kod manualnih uređaja on iznosi i do 60 sekundi

Da li bi ste prihvatili aparat kod kog je vreme samopražnjenja 20 sekundi?

**Stav 12: Kapacitet baterije minimum 200 šoka ili 4 sata**

Pitanje: Da li bi ste prihvatili aparat koji poseduje bateriju sa 180 šoka i 3 sata i 30 minuta kontinuiranog rada

**Stav 15: Memorija 60 minuta EKG a i svi događaji sa analizom odluke.**

Pitanje: Da li je potrebno isporučiti aparat koji poseduje mogućnost snimanja ambijentalnog zvuka minimum 60 minuta u toku reanimacije što može biti od izrazite važnosti u naknadnoj evaluaciji samog postupka reanimacije?

**Stav 16: Težina aprata ne više od 2,4 kg**

Pitanje: Da je u pitanju ukupna težina aparata uključujući bateriju?

**03 Број: 2154-2 од дана,11.06.2015.год**

**Одговор :**

- 1.) Као могућност да се у партијама мења техничка спецификација, обавештавамо Вас да ће Комисија за ЈН 06/2015 „КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по партијама, одлучити накнадно, заједно са другим захтевима и о томе објавити обавештење на Порталу јавних набавки (Управе за јавне набавке), Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници наручиоца , а све у року и складу са Законом о јавним набавкама.

**Комисија за ЈН 06/2015, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама**