

Na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/2012)

PITANJE PONUĐAČA (03/2619 od 03.09.2014.)

Vezano za Javnu nabavku br 13/2014 imali bismo nekoliko pitanja za pojašnjenje tehničkih karakteristika aparata i komentar na oblikovanje javne nabavke:

1. Partija broj 1 Oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ovu partiju čine različiti aparati za fizikalnu terapiju (aparat za magnetoterapiju, aparat za terapiju laserom, aparati za elektroterapiju, parafinski lonac...) i oprema za kineziterapiju (švedske lestve, razboj, strunjače, tegovi...) . Smatramo da bi oblikovanje Javne nabavke u više partija, oprema za kineziterapiju jedna partija, a svaki aparat za fizikalnu terapiju posebna partija, što bi učinilo javnu nabavku konkurentnijom, tj. obezbedilo većem broju potencijalnih ponuđača da učestvuju u postupku bez favorizacije pojedinih ponuđača. Takođe smatramo da ne postoji nikakva prepreka da se ova javna nabavka oblikuje u partije, jer svi gore navedeni aparati (aparat za magnetoterapiju, aparat za terapiju laserom, aparati za elektroterapiju, parafinski lonac...) predstavljaju različite agense koji nemaju mnogo dodirnih tačaka.

Pored gore nevedenog, a u skladu sa zakonom o Javnim nabavkama (član 10. obezbeđivanje konkurencije i član 12. jednakost ponuđača) smatramo da je u interesu naručioca da se obezbedi što veća konkurentnost (veći broj ponuđača) kako bi tražena dobra dobila odgovarajućeg kvaliteta a po konkurentnoj ceni.

2. Partija broj 1 Oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Na strani 21. konkursne dokumentacije redni broj 7. Aparat za magnetnu terapiju piše da aparat treba da sadrži četiri kanala za aplikatore.

Pitanje br.1: Da li svaki kanal treba da ima mogućnost za podešavanje svoje frekvencije, svog intenziteta i svoj tajmer, tako da se istovremeno odvija tretman četiri pacijenta sa potpuno različitim parametrima?

Pitanje br.2: Kod aplikatora u vidu solenoida šta se podrazumeva pod 310 mm, unutrašnji ili spoljašnji prečnik?

Pitanje br.3: Da li ponuđač može da ponudi standardnu prostirku za magnetoterapiju dimenzija 60x180cm?

Prostirku traženih karakteristika ima samo jedan ponuđač.

3. Partija broj 1 Oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Na strani 22. konkursne dokumentacije redni broj 8. Aparat za terapiju laserom piše da aparat treba da sadrži dva zasebna kanala za laserske sonde.

Pitanje : Da li se pod dva zasebna kanala za laserske sonde, podrazumeva, da se istovremeno mogu tretirati dva pacijenta sa dve različite sonde i sa potpuno različitim parametrima (snaga, frekvencija, doza, vreme tretmana, jednome površina, a drugome tačkasto)?

4. Partija broj 1 Oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Na strani 22. konkursne dokumentacije redni broj 11. Aparat za elektrostimulaciju piše da aparat treba da poseduje četiri kanala za elektrostimulaciju.

Pitanje: Da li ovo znači da aparat treba da omogućava istovremeno tretman četiri pacijenta sa potpuno nezavisnim zadavanjem parametara terapije (frekvenca terapije, trajanje implusa, trajanje pauze, vreme tretmana)?

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012) 03 broj 2619-2 od 04.09.2014.godine.

Odgovor naručioca:

-Naručilac, odnosno komisija za JN 13/14, smatra da nije u mogućnosti razdvojiti jednu partiju u više partija, jer kako je u Pozivu za dostavljanje ponuda i konkursnoj dokumentaciji naglašeno da Gradski sekretarijat finansira JN 13/14, Kupovina medicinske opreme oblikovana po partijama. To podrazumeva da je Odluka o pokretanju predmetne nabavke koja sadrži broj, naziv, iznos svake partije (ukupno tri partije) odobrena od strane Gradskog sekretarijata, a kasnije i dobijanje zaključka koji glasi:

1.Obavezuje se Sekretarijat za finansije da obezbedi finansijska sredstva iz budzeta grada Beograda za realizaciju JN 13/14-Kupovima medicinske opreme oblikovana po partijama (tri partije) koju će sprovoditi Dom zdravlja “Zemun”.

2.Ovlašćuje se Sekretarijat za zdravstvo da zaključi ugovor kojim će se regulisati prenos novčanih sredstava iz tačke 1. Ovih zaključaka , sa Domom zdravlja “Zemun”.

3.O realizaciji ovih zaključaka staraće se Sekretarijat za finansije i Sekretarijat za zdravstvo.

Iz gore navedenog naručilac smatra da nije u mogućnosti da razdvaja partije.

Aparat za magnetnu terapiju

-Potrebno je da aparat ima četiri kanala za aplikatore, a nezavisno podešavanje parametara za dva pacijenta. Kao što je navedeno u tehničkoj specifikaciji: četiri kanala za aplikatore, dva nezavisna tajmera.

-Prečnik se odnosi na minimalan unutrašnji prečnik solenoida.

-Ponudač može ponuditi prostirku drugih dimenzija.

Aparat za terapiju laserom

-Pod dva zasebna kanala za laserske sonde, podrazumeva se mogućnost istovremenog tretiranja dva pacijenata, sa odvojenim podešavanjem svih parametara sa svakog pacijenta posebno.

Aparat za elektrostimulaciju

- Aparat treba da omogućava istovremen četiri pacijenta, sa potpuno nezavisnim podešavanjem svih parametara terapije.

Komisija za javne nabavke 13/2014