

Na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/2012)

PITANJE PONUĐAČA 1 (03/2386-2 od 15.08.2014.)

Pitanje 1.1.

Imajući u vidu da se proizvođač ultrazvučnog aparata My Lab 20, koji je predmet partije 6. zove Esaote, a ne Esante, kako je naručilac naveo, molimo da se izvrši izmena konkursne dokumentacije i da se ime proizvođača ispravi u Esaote, kako ne bi doslo do zabune i/ili kasnijih problema pri dostavljanju ponude i autorizacija.

Pitanje 1.2.

Imajući u vidu da proizvođač ultrazvučnog uređaja My Lab 20 , Esaote S.p.A. ne podržava servisne intervencije na sondama, da li je za naručioca prihvatljivo da se stavke 1 i 2 iz liste rezervnih delova uklone?

Takodje, kako je nemoguće dati cenu rezervnih delova pod rbr 1 i 2 za partiju 6, jer i sam proizvođač ne dozvoljava servis na sondama te bilo kakve prepravke ili ugradnja neoriginalnih delova ne mogu garantovati ispravnost uređaja , da li je za naručioca prihvatljivo da se iskažu cene novih sondi i u slučaju da jeste, da li naručilac može izneti podatak o kojim se sondama radi (linearna, konveksna i sl.).

Na osnovu člana 63.stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” br. 124/2012) (03/2386-3 od 18.08.2014)

ODGOVOR NARUČIOCA 1.1.

Izvršili smo izmenu i dopunu konkursne dokumentacije dana 11.08.2014. godine, 03 Broj: 2343

1. Na strani 64 i 65 koja glasi “UZ aparati” Esante

1.1.Menja se i glasi “UZ aparati” Esaote

ODGOVOR NARUČIOCA 1.2.

Kao mogućnost da se iz partije 6 uklone stavke 1 i 2 iz liste rezervnih delova ili da se prihvati da se iskažu cene novih sondi, obavestavamo Vas da ce Komisija za JN 16/2014. odluku doneti naknadno, zajedno sa drugim zahtevima i o tome objaviti obaveštenje na Portalu JN (Uprava za javne nabavke) i internet stranici naručioca, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

S poštovanjem,

Komisija za JN 16/2014.

