

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/1925

Датум: 15.06.2016 године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за ЈН 12-3/2016 “Лабораторијски потрошни материјал”:

Питање заинтересованог лица бр.1 :

Наше питање је везано за ЈН 12-3/2016, партија 3, реagensи и потрошни материјал за апарат StaCompact. Наше питање гласи:

- С обзиром на то да већ имате партију реagensи и порошни материјал за апарат BFT II (партија 2), да ли би била прихватљива понуда за партију 3 у којој би се понудили реagensи и потрошни материјал за апарат Sysmex CA 620, који користи исте реagensе као и апарат BFT II? Ово би за Вашу установу било добро из више разлога:
 - С обзиром на то да већ имате апарате BFT II у 4 пункта, овим би омогућили лекарима који раде са пацијентима константност резултата на свим пунктима ДЗ Земун, јер апарат Sysmex CA 620 користи исте реagensе и ради истом методом као и апарат BFT II. Као што знате, резултати добијени различитим методама на различитим апаратима се код истог пацијента често разликују.
 - **Рада са истим реagensима, контролама и калибраторима доноси значајну уштеду, што је, надамо се, у интересу Ваше куће.**
 - Реagensе које нудимо користе KCS, VMA, KBC Бежанијска Коса, KBC Драгиша Мишовић..., тако да пацијенти који иду на даље лечење у ове установе имају упоредиве резултате са оним које тамо добију.

Ми само желимо фер шансу у којој ћемо имати прилику да изађемо са најбољом могућом понудом, од које Ваша кућа може имати само користи.

Број: 03/1925-2

Датум: 15.06.2016 године.

Питање заинтересованог лица 2:

Да ли је потребно да у партији 10 сви реagensи, контроле и калибратори буду истог произвођача?

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број:03/1925-3

Датум: 16.06.2016 године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за ЈН 12-3/2016 “Лабораторијски потрошни материјал”

Одговор заинтересованом лицу бр. 1:

1. Приликом сачињавања Конкурсне документације, Наручилац је у оквиру свих партија дефинисао услове које потенцијални понуђачи треба да испуне, а у складу са потребама Наручиоца.
Наручилац остаје при опису и захтеву из Конкурсне документације.

Одговор заинтересованом лицу бр. 2:

1. Да, сви реагенси, контроле и калибратори морају да буду од истог произвођача.

Комисија за ЈН 12-3/2016