

Na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/2012)

PITANJE PONUĐAČA (03/2510 od 28.08.2014.)

U vezi zahteva za dostavljanje ponude molim Vas da nam pojasnite/definišete karakteristike sledećih traženih dobara:

I) Strunjača

Koje dimenzije strunjače su Vam potrebne? (dužina x širina x debljina)

U ponudi imamao različite dimenzije strunjača i shodno tome i njihova cena je različita.

Dimenzije standardne strunjače koja se koristi u fizikalnoj terapiji je 200x100x4cm.

II) Za aparat pod rednim brojem.11 Aparat za elektrostimulaciju

Molim Vas da definišete tehničke karakteristike aparata. U tehničkoj specifikaciji nabrojan je samo pribor koji je potreban da se isporuči uz aparat, a nisu nabrojane tehničke karakteristike aparata kao što su nabrojane za ostale aparate iz konkursne dokumentacije. Na ovaj način pruža se mogućnost ponuđačima da ponude i aparate bez displeja (bez mogućnosti prikazivanja struje u kolu pacijenta, polariteta, vremena tretmana itd), samo sa prekidačem za uključivanje i isključivanje kako bi postigli što nižu cenu.

III) Za aparat pod rednim brojem.12 Aparat za galavnsku struju (elektroforezu)

Molim Vas da definišete tehničke karakteristike aparata. U tehničkoj specifikaciji nabrojan je samo pribor koji je potreban da se isporuči uz aparat, a nisu nabrojane tehničke karakteristike aparata kao što su nabrojane za ostale aparate iz konkursne dokumentacije. Na ovaj način pruža se mogućnost ponuđačima da ponude i aparate bez displeja (bez mogućnosti prikazivanja struje u kolu pacijenta, polariteta, vremena tretmana itd), samo sa prekidačem za uključivanje i isključivanje kako bi postigli što nižu cenu.

IV) Za aparat pod rednim brojem.13 Aparat za interferentne struje i TENS

Molim Vas da definišete tehničke karakteristike aparata.

U tehničkoj specifikaciji nabrojan je samo pribor koji je potreban da se isporuči uz aparat, a nisu nabrojane tehničke karakteristike aparata kao što su nabrojane za ostale aparate iz konkursn

dokumentacije. Na ovaj način pruža se mogućnost ponuđačima da ponude i aparate bez displeja (bez mogućnosti prikazivanja struje u kolu pacijenta, polariteta, vremena tretmana itd), samo sa prekidačem za uključivanje i isključivanje kako bi postigli što nižu cenu.

V) Za aparat pod rednim brojem.14 Aparat za galvansku struju, dijadinamičke struje, ruske struje i TENS

Molim Vas da definišete tehničke karakteristike aparata.

U tehničkoj specifikaciji nabrojan je samo pribor koji je potreban da se isporuči uz aparat, a nisu nabrojane tehničke karakteristike aparata kao što su nabrojane za ostale aparate iz konkursne dokumentacije. Na ovaj način pruža se mogućnost ponuđačima da ponude i aparate bez displeja (bez mogućnosti prikazivanja struje u kolu pacijenta, polariteta, vremena tretmana itd), samo sa prekidačem za uključivanje i isključivanje kako bi postigli što nižu cenu.

VI) Na strani br.14 konkursne dokumentacije pod brojem 3.18 Reference

U ovom pasusu napisano je da se dostavi potpisan i overen obrazac za reference koji je sastavni deo dokumentacije, ovaj obrazac se ne nalazi u dokumentaciji.

Molim Vas da nam dostavite primerak obrasca ili da li mi možemo u slobodnoj formi da napravimo izjavu sa nabrojanim referencama, a kao dokaz tome dostavimo potvrde ustanova koje su u prethodnih pet godina od nas kupile tražene aparate?

VII) Pismo o namenama banke da Ponuđaču izda bankarsku garanciju

Da li je uz ponudu potrebno dostavljati bankarsku garanciju ili je dovoljno dostaviti samo menicu, menično ovlašćenje i potvrdu o registraciji menice?

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012) 03 broj 2510-2 od 29.08.2014.godine.

Odgovor naručioca:

1.Potrebno je ponuditi strunjacu minimalnih dimenzija 100 x 200 x 3 cm.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije biće objavljene na Portalu JN

2. Tehničke karakteristike za “ Aparat za elektrostimulaciju” se dopunjavaju sa sledećim:

-Aparat za elektrostimulaciju asimetričnom i simetričnom strujom

-4 odvojena kanala za elektrostimulaciju

-Faza trajanja impulsa 10-100ns

-Impulsna frekvencija 1-200Hz

-Frekvencijska modulacija 0-180 Hz

-Minimum 35memorisanih programabilnih protokola

-Slobodne programabilnia memorija za terapijske protokole

-Napajanje 230V 50-60 Hz

Izmene i dopune konkursne dokumentacije bice objavljene na portalu JN.

3.Tehničke karakteristike za "Aparat za galvansku struju" se dopunjavaju sa sledećim:

- Galvanska struja
- Podesiva jačina struje od 0-30mA
- Prikaz vremena terapije I intenziteta struje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije bice objavljene na portalu JN.

4. Tehničke karakteristike za "Aparat za interferentne i Tens struje" se dopunjavaju sa sledećim:

- Dvopolarne i četvoropolarne interferentne struje
- Asimetrični i Burs Tens
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.
- Memorisani terapijski protokoli,minimum 10
- Slobodni memorijska mesta, minimum 10

Izmene i dopune konkursne dokumentacije bice objavljene na portalu JN.

5.Tehničke karakteristike za "Aparat za galvansku struju, dijadinamičke i tens struje" se dopunjavaju sa sledećim:

- Galavanske struje
- Dijadinamičke struje
- Simetrične i asimetrične TENS struje
- Burst TENS
- Bipolarna i klasična interferenca
- Izopolarni i dipol vektor
- Dva odvejena kanala za elektroterapiju, sa odvojenim tajmerima
- Sigurnosni tasteri za nagli prekid terapije
- Veliki LCD displej sa prikazom svih potrebnih parametara.

-Memorisani terapijski protokoli,minimum 10

-Slobodni memorijska mesta, minimum 10

-Strujno-baterijsko napajanje, u slučaju gubitka mrežnog napajanja (230V 50-60 Hz) automatsko aktiviranje baterijskog napajanja (12V, 2AH)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije bice objavljene na portalu JN.

6. Ponuđač dostavlja izjavu sa nabrojanim referencama i uz istu prilaže potvrde ustanova koje su u prethodnih 5 godina kupile tražene aparate u slobodnoj formi.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije biće objavljene na Portalu JN

7.Naručilac je 18.08.2014.godine odgovorio na pitanje pod rednim brojem 7. – Potrebno je dostaviti menicu kao sredstvo za obezbeđenje ponude.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije biće objavljene na Portalu JN

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 13/2014.