

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2213
Датум:15.06.2015 године.

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за јп 06/2015 „КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по партијама:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

„Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници“.

ЈН 06/2015 „КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, у КД на страни 22 и 34., Партија :Дефибрилатори. Гласи:

R.Br	Naziv proizvoda - Defibrilatori	Jed. Mere	Koli čina	Cena j.mere bez PDV-a ukupno	Cena j.mere sa PDV-om ukupno
1	Polu-automatski eksterni defibrilator Bifazična energija; Radni mod: polu automatski Energija: fixno 200J, prema normama AMA2010 – za odrasle; za decu: 50J Vreme od šoka do šoka: manje od 20 sekundi Praćenje protokola prema glasovnim instrukcijama i preko indikatora Kontrola punjenja: automatski preko ugrađenog softwera (sistem detekcije aritmije i kontrola punjenja) Vreme punjenja za isporuku šoka: manje od 8 sekundi Kontrole za šok, info-taster, on/off taster Indikator napunjenosti: preko teksta, blještanje crvenog šok tastera Aparat se samoispražnjuje ukoliko: ritam srca pacijenta se promeni na ne-šokabilni ritam; šok taster se ne pritisne u roku od 15 sekundi nakon napunjenosti; Pritiskom na taster OFF; defibrilacione elektrode se otkače od aparata; Kapacitet baterije: minimum 200 šoka ili 4 sata kontinualnog rada Automatski self test: svakog dana (provera unutrašnjeg kola, provera sistema isporučivanja talasnog oblika, kapaciteta baterije, i softwera) Test prilikom ubacivanja baterije Memorija: 60minuta EKG-a, i svi događaji sa analizom odluke. Težina ne više od 2.4kg Defibrilator se isporučuje sa: samolepljivim elektrodama za pacijenta, baterijom, torbom za nošenje.	Kom	4		

ukupan iznos bez PDV-a : _____ RSD
PDV- % _____ RSD
ukupan iznos sa PDV-om: _____ RSD

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

Мења се тако да сада на страни 22 и страни 34., Партија 1:Дефибрилатори, у КД. гласи:

Партја 1: Дефибрилатор

R.Br	Naziv proizvoda - Defibrilatori	Jed. Mere	Količina	Cena j.mere bez PDV-a ukupno	Cena j.mere sa PDV-om ukupno
1	<p>Polu-automatski eksterni defibrilator sa integrisanim displejom. Displej mora da bude minimalnih dimenzija 95x30mm i omogući praćenje sledećih parametara:</p> <p>1. Jednokanalni EKG; 2. Instrukcije operateru u postupku reanimacije na Srpskom jeziku; 3. Vrstu priključenih elektroda(odrasli/deca); 4.Broj isporučenih šokova;</p> <p>5. Kapacitet memorije; 6. Kapacitet baterije;</p> <p>Bifazična energija;</p> <p>Radni mod: polu automatski</p> <p>Energija: manja ili jednaka 200J za odrasle; manje ili jednako 50J za decu. A automatsko prepoznavanje vrste priključenih elektroda(odrasli/deca).</p> <p>Vreme od šoka do šoka: manje ili jednako 25 sekundi</p> <p>Praćenje protokola za proces reanimacije glasovnim instrukcijama na srpskom jeziku i tekstualnim instrukcijama ispisanim na srpskom jeziku na displeju defibrilatora.</p> <p>Kontrola punjenja: automatski preko ugrađenog softvera</p> <p>(sistem detekcije aritmije i kontrola punjenja)</p> <p>Vreme punjenja za isporuku šoka: manje ili jednako 12 sekundi</p> <p>Defibrilator mora da poseduje on/off taster i taster za isporuku energije.</p> <p>Aparat se samoispražnjava ukoliko:</p> <p>ritam srca pacijenta se promeni na ne-šokabilni ritam;</p> <p>šok taster se ne pritisne u roku od 30 sekundi nakon napunjenosti;</p> <p>Pritiskom na taster OFF;</p> <p>Defibrilacione elektrode se otkače od aparata;</p> <p>Kapacitet baterije: minimum 160 šokova sa maksimalnom energijom ili 3 sata monitoringa;</p> <p>Automatski self test: svakog dana (provera unutrašnjeg kola, provera sistema isporučivanja talasnog oblika, kapaciteta baterije, i softvera)</p> <p>Test prilikom ubacivanja baterije</p> <p>Memorija: minimum 60minuta EKG-a, i 60 minuta snimanja ambijentalnog zvuka.</p> <p>Težina ne veća od 2.5kg (zajedno sa baterijom)</p> <p>Defibrilator se isporučuje sa: samolepljivim elektrodama za pacijenta, baterijom, torbom za nošenje.</p>	Kom	4		

ukupan iznos bez PDV-a : _____ RSD

PDV- % _____ RSD

ukupan iznos sa PDV-om: _____ RSD

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

R.Br	Naziv proizvoda - EKG aparati	Jed. Mere	Koli čina	Cena j.mere bez PDV-a ukupno	Cena j.mere sa PDV-om ukupno
1	<p>1. Trokanalni EKG aparat</p> <p>Ekran LCD tip, rezolucije 320x240;</p> <p>Prikaz na ekranu: Minimum 3 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu; prikaz HR; prikaz stanja baterije; Prikaz brzine (mm/s); Prikaz osetljivosti (mm/mv);</p> <p>Diagram stanja elektroda;</p> <p>Štampač: 3 kanalni;</p> <p>Tip štampača – termalni ugrađeni štampač, širina papira minimum 80mm;</p> <p>Napajanje: strujno – baterijsko</p> <p>Autonomija pri radu na baterije: min 2 sata;</p> <p>Zaštićen od defibrilacije;</p> <p>Automatsko podešavanje bazne linije;</p> <p>Automatska EKG merenje i interpretacija;</p> <p>Tri formata štampanja: Automatski, manualni, ritam mod;</p> <p>Unutrašnja memorija za minimum 150 EKG-a, USB priključak za transfer na PC;</p> <p>Uz aparat obavezno isporučiti: Pacijent kabl (sa defibrilacionom zaštitom u sebi); elektrode ekstremiteta 1set; elektrode grudno usisne 6kom; papir za štampu 2 kom;</p>	Kom	2		
	<p>2. Šestokanalni EKG aparat</p> <p>Ekran, TFT kolor, veličine minimum 5.7 inča;</p> <p>Prikaz na ekranu: Svih 12 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu; prikaz HR, prikaz stanja baterije; Prikaz brzine (mm/s); Prikaz osetljivosti (mm/mv);</p> <p>Diagram stanja elektroda (npr. zelena boja elektroda je povezana i radi, crvena boja elektroda nije povezana);</p> <p>Zaštićen od defibrilacije sa detekcijom pejsmejкера;</p> <p>Integrirana QWERTY alfanumerička tastatura sa pozadinskim osvetljenjem;</p> <p>Štampač: 6 kanalni;</p> <p>Tip štampača – termalni, širina papira minimum 110mm;</p> <p>Mogućnost štampanja: 6 x 2 (kanala), 6 x 2 + 1R (6x2 kanala + 1 ritam odvoda), 3 x 4 (kanala), 3 x 4 + 1R (3x4 kanala + 1 ritam odvoda), 3 x 4 + 3R (3x4 kanala + 3 ritam odvoda);</p> <p>Zaštićen od defibrilacije;</p> <p>Automatsko merenje i interpretacija;</p> <p>122 različite vrste dijagnoze;</p> <p>Napajanje: Strujno – baterijsko;</p> <p>Autonomija pri radu na baterije: min 2 sata;</p> <p>Manualni i automatski mod rada;</p>	Kom	3		

<p>Unutrašnja memorija za minimum 300 EKG-a, mogućnost povezivanja preko USB-a i SD kartice radi povećanja memorije;</p> <p>Podržava USB štampanje, i štampanje na A4 papiru bez kompjutera;</p> <p>Uz aparat obavezno isporučiti: Pacijent kabl (sa defibrilacionom zaštitom u sebi); elektrode ekstremiteta 1set; elektrode grudno usisne 6kom; papir za štampu 2 kom;</p>				
--	--	--	--	--

ukupan iznos bez PDV-a : _____ RSD

PDV- %: _____ RSD

ukupan iznos sa PDV-om: _____ RSD

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

Мења се тако да сада на на страни 23,24 и 35,36., Партија 2: ЕКГ- Апарати, у КД. гласи:

Priloga 2: EKG aparat

R.Br	Naziv proizvoda - EKG aparati	Jed. Mere	Količina	Cena j.mere bez PDV-a ukupno	Cena j.mere sa PDV-om ukupno
1	<p>1. Trokanalni EKG aparat</p> <p>Ekran LCD tip, rezolucije 320x240;</p> <p>Prikaz na ekranu: Minimum 3 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu; prikaz HR; prikaz stanja baterije; Prikaz brzine (mm/s); Prikaz osetljivosti (mm/mv);</p> <p>Digitalni prikaz mape elektroda, koji pokazuje tačno mesto postavljanja elektroda, kao i koji pokazuje da li je svaka elektroda dobro povezana ;</p> <p>Štampač: 3 kanalni;</p> <p>Tip štampača – termalni ugrađeni štampač, širina papira minimum 80mm;</p> <p>Napajanje: strujno – baterijsko</p> <p>Autonomija pri radu na baterije: min 2 sata;</p> <p>Zaštićen od defibrilacije;</p> <p>Automatsko podešavanje bazne linije;</p> <p>Automatska EKG merenje i interpretacija;</p> <p>Tri formata štampanja: Automatski, manuelni, ritam mod;</p> <p>Unutrašnja memorija za minimum 150 EKG-a, USB priključak za transfer na PC;</p> <p>Uz aparat obavezno isporučiti: Pacijent kabl (sa defibrilacionom zaštitom u sebi); elektrode ekstremiteta 1set; elektrode grudno usisne 6kom; papir za štampu 2 kom;</p> <p>Obavezna osetljivost EKG aparata je:2.5; 5; 10; 20 (mm/mv)</p>	Kom	2		
	<p>2. Šestokanalni EKG aparat</p> <p>Ekran, TFT kolor, veličine minimum 5.7 inča;</p> <p>Prikaz na ekranu: Svih 12 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu; prikaz HR, prikaz stanja baterije; Prikaz brzine (mm/s); Prikaz osetljivosti (mm/mv);</p> <p>Diagram stanja elektroda (npr. zelena boja elektroda je povezana i radi, crvena boja elektroda nije povezana);</p> <p>Zaštićen od defibrilacije sa detekcijom pejsmejкера;</p> <p>Integrisana QWERTY alfanumerička tastatura sa pozadinskim osvetljenjem- silikonska ili gumena;</p> <p>Štampač: 6 kanalni;</p> <p>Tip štampača – termalni, širina papira minimum 110mm, papir spakovan u rolnu(rolled) i presavijeni (Z-faltani);</p> <p>Mogućnost štampanja: 6 x 2 (kanala), 6 x 2 + 1R (6x2 kanala + 1 ritam odvoda), 3 x 4 (kanala), 3 x 4 + 1R (3x4 kanala + 1 ritam odvoda), 3 x 4 + 3R (3x4 kanala + 3 ritam odvoda);</p> <p>Zaštićen od defibrilacije;</p> <p>Automatsko merenje i interpretacija;</p> <p>122 različite vrste dijagnoze;</p>	Kom	3		

<p>Napajanje: Strujno – baterijsko;</p> <p>Autonomija pri radu na baterije: min 2 sata;</p> <p>Automatski, manuelni i ritam mod rada;</p> <p>Unutrašnja memorija za minimum 300 EKG-a, mogućnost povezivanja preko USB-a i SD kartice radi povećanja memorije;</p> <p>Podržava USB štampanje, i štampanje na A4 papiru bez kompijutera;</p> <p>Uz aparat obavezno isporučiti: Pacijent kabl (sa defibrilacionom zaštitom u sebi); elektrode ekstremiteta 1set; elektrode grudno usisne 6kom; papir za štampu 2 kom;</p> <p>Obavezna osetljivost EKG aparata je:2.5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5 (mm/mv) i AGC (autogain)</p>				
---	--	--	--	--

ukupan iznos bez PDV-a : _____ RSD

PDV- % _____ RSD

ukupan iznos sa PDV-om: _____ RSD

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица
