

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

ОЗ Број: 4796

Дана, 27.12.2013. год.

Питања понуђача:

Молимо Вас за додатне информације у вези Јавне набавке бр. 42/2013:

- Обзиром на врло високе трошкове овере превода код судског тумача, да ли је прихватљиво, уз документа на страном језику, приложити и преводе на српски језик који нису оверени од стране судског тумача?
- Партија 1, Ст. 1 – Аналитичка вага

Да ли је прихватљиво понудити вагу са тасом $\varnothing 90\text{mm}$?

- Партија 1, Ст. 3 – Лабораторијски микроскоп

Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са револвером са 4 места, обзиром да користите само 4 објектива?

Да ли је прихватљиво понудити микроскоп ширине видног поља 20мм, а што је боље од тражених 18мм?

- Партија 1, Ст. 8 – Апарат за припрему чисте воде реверзном осмозом

„Притисак пумпе 0-10 kg/cm²“

Да ли се овде мисли на интерну пумпу која напаја реверзну осмозу или се мисли на екстерну пумпу за рецикулацију воде до резервоара (дистрибутивног система)?

- „Сигурносни механизми: ауто и мануелна контрола при ниском притиску напојне воде“

Апарати ове врсте имају заштитни механизам од појаве ниског напојног притиска и у таквим случајевима искључују пумпу за РО и прекидају рад апарата уз адекватну алармну поруку. Молимо да појасните значење "мануелна контрола".

- „Дефинисана је потрошња од 60 W +/- 10%.“

Потрошња већине апарата ове врсте на тржишту јесте око 100 W. Како год да се посматра, ради се о апсолутно занемарљивој потрошњи и утицају на енергетску стабилност установе.

60 W потрошње има само један апарат, те је овако дефинисана карактеристика фаворизовање тог произвођача. Обзиром на изнето, молим да се потрошња енергије или повећа на

100W +/- 10% или потпуно избаци из спецификације, обзиром да је потпуно небитна.

- Наведене су димензије: 400x638x500 mm.

Уколико имате проблем са постављањем апарата на радну површ, требало је да ближе дефинисати наведене мере: шта је ширина, шта је дубина, шта је висина ...

Већина апарата је дизајнирана тако да може да стане на класичну радну површину у било којој лабораторији, па Вас молимо да дефинишете на шта се односе дате димензије, као и да одобрите толеранције +/- 10 % одступање од задатих мера.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

ОЗ Број: 4796-2

Дана,30.12.2013.год.

Одговор понуђачу:

- Да, прихватљиво је доставити неоверене преводе одговарајуће приложеној документацији. Сертификати и ауторизације произвођача могу бити и на енглеском језику.
- Партија 1. ст.1.-Аналитичка вага. Прихватљиво је, са тасом 090мм.
- Партија 1. Ст.3- Лабораторијски микроскоп. Није прихватљиво понудити микроскоп са револвером са 4 места због могућности накнадне надоградње додатним објективом.
- Партија 1, Ст. 8 – Апарат за припрему чисте воде реверзном осмозом. Мисли се на се на интерну пумпу.
- Значење "мануелна контрола": Осим аутоматске заштите (прекида рада) потребно је да постоји мануелна контрола како би уређај могао да ради и при ниском притиску када за то постоји потреба.
- Прихвата се потрошња ел.енергије до 100W +/- 10%.
- Потребно је понудити апарат димнзија ŠxDxV 400x638x500 mm +/- 15%

Комисија за јн бр42/2013, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама