

Наручилац	Дом здравља «Земун»
Адреса	Рада Кончара бр.46
Место	Земун
Број одлуке	03/
Датум	19.08.2016.године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац Дом здравља «Земун» доноси:

### О Д Л У К У

#### о обустави поступка јавне набавке мале вредности

**ОБУСТАВЉА** се поступак јавне набавке отворени поступак: број 16-4/2016 „Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама и то за партију 12 - Ортодонција, процењене вредности 1.410.000,00 динара без ПДВ-а.

### Образложење

Наручилац је дана 23.06.2016 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: „Стоматолошки потрошни материјал“ обликована по партијама, бр. 16-4/2016.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници дана 27.06.2016 године.

**Предметни поступак за партију 12. је обустављен у фази:**

Пре истека рока за подношење понуда  
После истека рока за подношење понуда,  
а после извештаја о стручној оцени понуда

x

После доношења одлуке о додели уговора

**Разлог за обуставу поступка за партије 12:**

У року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  
У року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве понуде  
Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

x

**Образложење:**

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истој. У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/2593-2 од 10.08.2016. године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: За партију 12. Ортодонција, процењене вредности 1.410.000,00 динара без ПДВ-а, до истека рока за подношење понуда приспела је 1 понуда.

У фази стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку, увидом у понуду наведеног понуђача, за предметну партију, констатовала је следеће;

У понуди број 03/2587 понуђача, „Vetmetal“ d.o.o Београд, ул. Савска бр. 33/2, Комисија је увидом у понуду констатовала:

- Ставка 6. – тражени су Бертони шрафови за ширење од 4мм, а понуђени од 3мм
- Ставка 7 и 8 – тражена је жица од 0,6мм и 0,7мм од челика средње тврдоће, понуђени узорак је тврда жица тзв. мртва жица.

