

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3662
Датум: 16.12.2019. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 30-1.2.5/2019 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”:

Питање заинтересованог лица-1:

Партија 12- Инхалатори и аспиратори

Партија 23 - Апарати за кисеоничку терапију

Питање бр. 1

У свом одговору заинтересованом лицу на молбу да раздвојите горе наведене апарате одбили сте то да учините тврдећи да то није у супротности са Чл. 10 на који вам нико није указао нити је молба имала икакве везе са Чл. 10 ЗЈН. Међутим управо сте прекршили тај исти члан јер сте дана 28.11.2019. године уважили идентичну молбу фирме Medicom doo Šabac, а све друге понуђаче са истом молбом одбили. Тиме сте извршили грубу дискриминацију понуђача и јасно указали да су остале партије припремљене за једног понуђача а да сви овлашћени сервисери морају бити елиминисани. Да ли остајете доследни кршењу Чл. 10 ЗЈН?

Питање бр. 2

У свом одговору дана 29.11.2019. сте вешто избегли да одговорите на чињеницу да ниједан други понуђач не може обезбедити ни оригиналне ни компатибилне делове за горе наведене апарате. Овим ће доћи до директног угрожавања безбедности пацијената и особља јер апарате не смеју сервисирати необучени сервисери или сервисери обучени код других произвођача за њихове производе, нити се смеју уграђивати неоригинални и некомпатибилни делови што подлеже хитној пријави Министарству здравља јер такви апарати аутоматски више неће бити функционални а тиме се осим њихове безбедности наноси и финансијска штета јер ће апарати бити неупотребљиви. Ко ће преузети кривичну одговорност за покушај уградње некомпатибилних делова за медицинске апарате и угрожавање безбедности пацијената и особља? Молимо за кратак и прецизан одговор?

Питање бр. 3

Молимо вас да прецизно објасните како ће ЕКГ симулатор и дефбрилатор тестер које сте навели као додатан услов за понуђаче на стр. 48/82 за партију 12, користити за сервис аспиратора?

Питање бр. 4

Да ли ћете доделити Уговор понуђачу који не буде поднео заједничку понуду или учествовао са подизвођачем а који буде доставио неисправну и неистиниту листу резервних неоригиналних и некомпатибилних делова за горе наведене апарате?

Број:03/3662-2

Датум: 19.12.2019. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015") Комисија за јн 30-1.2.5/2019 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)":

Одговор заинтересованом лицу-1:

- 1) Комисија за спровођење предметне јавне набавке остаје при свом ставу да је конкурсна документација сачињена у складу са чл. 10 Закона о јавним набавкама, те у складу са тим неће мењати конкурсну документацију будући да је наручилац за наведену партију дефинисао додатни услов: „Да Понуђач има у радном односу најмање једног сервисера са сервисним сертификатом издатим од стране произвођача свих типова уређаја са листе предметне опреме”.
С тим у вези, за партију 23. понуду може поднети сваки понуђач који докаже да у радном односу има најмање једног сервисера са сертификатом издатим од стране произвођача припремне јединице за кисеоник.
- 2) Наручилац је дефинисањем додатних услова у виду захтевања уведеног система менаџмента квалитетом из области сервисирања медицинске опреме, броја сервисних инжењера, и квалификација сервисера имао за циљ да обезбеди адекватно сервисирање опреме на ефикасан и економичан начин, при чему је императив имао безбедност корисника и пацијената.
- 3) При дефинисању додатног услова за партију бр. 12- инхалатори и аспиратори, дошло је до техничке грешке, при чему се од понуђача захтевало да поседују ЕКГ симулатор и Дефибрилатор тестер. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
- 4) Наручилац ће уговор доделити најповољнијем понуђачу чија је понуда у складу са захтевима из конкурсне документације, у складу са Законом о јавним набавкама.

Комисија за ЈН 30-1.2.5/2019